

ПРОТОКОЛ

о внесении изменений в ценовое предложение по проведению ценового предложения по закупке, медицинской техники в рамках ГОБМП на 2018 год.

г. Кызылорда, ул. З.Шукурова № 52 А

27 июля 2018 года.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Шушаев К.З.

И.О. главный врач «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»;

Заместитель
председателя комиссии

Шегай А.О.

Врач лаборант «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»;

Члены комиссии

Избасарова С.

Старшая медсестра «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»;

Секретарь комиссии

Маханбетов Е.С.

Юрист «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом»;

Провели заседание комиссии по вопросу внесения изменения в документацию, в приложение №1, п2.
На основании выше изложенного комиссия, **РЕШИЛА:**

1. Внести изменения в приложение №2 к документации по проведению запроса ценовых предложений по закупке медицинской техники в рамках ГОБМП на 2018 год и вскрытие конвертов продлить на 3 (три) рабочих дня. Вскрытие 03.08.2018 года

1.1. Опубликовать на интернет ресурсе организатора протокол итогов с внесенными изменениями.

Председатель комиссии



Шушаев К.З.

Заместитель председателя комиссии



Шегай А.О.

Члены комиссии



Избасарова С.

Секретарь



Маханбетов Е.С.

№ лота	Наименование медицинской техники	Краткая техническая характеристика	Ед изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге	Срок и место поставки
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Инкубатор (термостат)	Прибор предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда алюминиевого блока. Металлическая отражательная пластина, установленная в крышке термостата, предотвращает формирование конденсата на крышке микропробирок. Наличие блока, который встроен в прибор: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 50x0.2 мл микропробирок. Диапазон установки температуры +25°C ... +120°C Диапазон регулирования температуры 5°C выше комн. ... +120°C Шаг установки температуры не более 0,1°C Стабильность температуры ±0,1°C Равномерность распределения температуры при 37°C ±0,1°C Дисплей ЖК, 2 × 16 знаков Цифровая установка времени 1 мин. – 96 ч. (шаг 1 мин.) Размеры (Д×Ш×В) не более 230 × 210 × 110 mm Вес не более 2,8 кг Питание 230 В, 50/60 Гц или 120 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность (230В) 200 Вт (870 мА)	шт	1,00	260 299,11	260 299,11	Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. После подписания договора в течение 120 календарных дней.